

manual®

RN 709

# NITRILE



## СМОТРОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

- Материал – 100 % нитрил
- ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
- Гипоаллергенные за счет отсутствия протеинов латекса и пудры
- Текстура на пальцах обеспечивает надежный захват
- Являются средством индивидуальной защиты от химических факторов
- Обеспечивают защиту при работе с растворами кислот и щелочей с концентрацией до 20%
- Обеспечивают высокую устойчивость к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам
- Надежность перчатки подтверждена тестами на вирусопроницаемость, химическую устойчивость и механическую прочность в соответствии с Европейскими стандартами

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для манипуляций, требующих повышенного уровня защиты и работ в условиях воздействия химически агрессивных сред
- Клинико-диагностических и лабораторных работ
- Уход за пациентами
- Обработка использованного инвентаря
- Работа с цитостатиками, растворителями и др. химикатами

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Уборка помещений, клининг
- Промышленность (фармацевтическая, полиграфическая, электронная, легкая, строительная, покрасочные работы и т.д.)
- Контакт с моющими и агрессивными средами, в том числе слабыми кислотами, щелочами, растворами солей
- Фасовка, упаковка
- Контакт с пищевыми продуктами



Сертификат ТР ТС 019/2011



Добровольный Гигиенический Сертификат для контакта с пищей



manual®

RN 709

# NITRILE



## ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) НЕСТЕРИЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ (НИТРИЛ)

Рег. уд. РФ ФСЗ 2009/04144 от 11.06.2014. ГОСТ Р 52239-2004

Назначение	Смотровые
Материал	Нитрил
Стерильность	Нестерильные
Форма	Универсальные
Текстура	Текстурированная поверхность пальцев
Пудра	Неопудренные
Манжета	С валиком
Цвет	Светло-сиреневый
Размеры	XS, S, M, L, XL

Размер перчатки	Код изделия
Extra-small	RN709-00
Small	RN709-01
Medium	RN709-02
Large	RN709-03
Extra-large	RN709-04



Упаковка	100 штук (50 пар) в блоке, 10 блоков в коробе
Герметичность	AQL 1,5
Содержание протеина	Не содержат протеины натурального латекса
Соответствие стандарту	Производится в соответствии со стандартами ASTM D6319-00a, EN 455, ISO 9001, ISO 13485 Производственный процесс соответствует требованиям Системы Качества Администрации США (QSR) и Council Directive 93/42/EEC Medical Device.
Срок годности	5 лет с даты производства



Добровольный  
Гигиенический Сертификат  
для контакта с пищей



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств  
индивидуальной защиты"  
№ТС RU C-MY.A673.B.00547



Производитель: Хелиомед, Хандельсгез.м.б.Х., Австрия, А-1190,  
Вена, Ан ден ланген Луссен 8/4

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «АТЕКС ГРУПП»,  
e-mail: info@atex-gr.com, тел./факс: +7 495 374 57 09, www.atex-gr.com

